

FICHE TECHNIQUE TECHPATH 2500 CONFIGURATION 7

TABLE DE MACROSCOPIE DOUBLE POSTE TECHPATH 2500

Réf : TP2500C7

Equippée d'un système de ventilation FRONTAL, la table de macroscopie TECHPATH, en acier inoxydable, garantit un air pur et un travail en toute sécurité. La CMA (Concentration Maximale Autorisée) pour les vapeurs de formol est inférieure aux minimas requis sur la surface de travail. Cette table permet de purifier l'air contaminé par le formol. Ces vapeurs nocives sont aspirées vers le fond à travers une plaque perforée, en inox. Les vapeurs sont évacuées dans l'atmosphère par l'intermédiaire d'un ventilateur externe. Conforme aux réglementations concernant les laboratoires d'anatomie pathologique dont la circulaire du 30 Juillet 2004 et l'arrêté du 16 Juillet 2007. Qualité d'inox conforme à la norme EN 10088-1 : 2005.

Caractéristiques pour de la table :

- Dimensions : L 2500 x P 750 x H 900/1400 mm
- Pieds réglables pour la mise à niveau
- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L et AISI 316L pour le plateau de travail
- Soudures : Procédure de soudure TIG (Tungstène Inerte Gaz), soudures poncées et polies, décapage à l'acide des soudures intérieures.

Plan de travail :

- Dim : H 900 x L 2450 x P 600 mm

De gauche à droite :

- 1 trappe poubelle avec couvercle D 150 au-dessus de la poubelle DASRI standard du client.
- 1 Plateau de travail lisse L 1000 x P 600 mm.
- 1 évier ventilé Dim : 400 x 400 x 200 mm avec 1 mitigeur douchette EC / EF au niveau de l'évier (pédale de commande en option)
- 1 Plateau de travail perforé avec rebords anti-débordement (L 750 x P 400 mm) composé de 3 Plaques amovibles au-dessus d'une cuve de récupération des liquides raccordée sur l'évacuation des eaux usées.
- 1 bac ventilé d'évacuation pour le formol usagé situé sur les grilles de travail, Dim 120 x 120 x P 120 mm, à raccorder sur un bidon déchet du client.
- 1 trappe poubelle avec couvercle D 150 au-dessus de la poubelle DASRI standard du client.



Photo non contractuelle
donnée à titre d'exemple

Partie basse :

- Placards bas ventilés

De gauche à droite :

- 2 portes coulissantes, L 450 mm en retrait de 250 mm pour le positionnement des jambes au niveau du plateau de travail
- 1 porte battante L 500 mm au niveau de l'évier alignée avec le bord avant de la table.
- 2 portes coulissantes, L 450 mm en retrait de 250 mm pour le positionnement des jambes au niveau du plateau de travail - Registre de ventilation
- protection 30 mA
- Accès zone technique alimentation EC/EF et évacuation EU

Partie haute :

- Ventilation frontale par plenum perforé sur toute la longueur de la table
- Eclairage LED qualité lumière du jour sur toute la longueur de la table commandée par interrupteur mécanique.

.../...



- Confinement complet de la zone de travail en verre sécurit 8 mm avec volets rabattables composé des éléments suivants : 2 joues de côté fixes, 1 panneau incliné fixe L 2500, 2 panneaux mobiles inclinés sur charnières L 975/ 550 / 975 mm
- Ouverture en façade : L 2500 x H 200 mm (volet fermé) et 300 mm environ (volet ouvert)

Ventilation :

- Puissance d'aspiration requise au niveau de l'ouverture en façade, volet rabattable fermé = » 0,5 m/s
- Puissance minimale du ventilateur : »1100 m³/H
- Diamètre évacuation : 2 Piquage de raccordement diamètre 250 mm au-dessus du plénum frontal de la tables

Alimentation EC/EF/ EU et Electricité

- Raccordement EC/EF, écoulement, alimentation 230V
- Electricité : 1 Câble en attente pour alimentation électrique table 230 V, 1 contact 230V ON/OFF ventilation.



Photo non contractuelle
donnée à titre d'exemple

Options disponibles :

- Interrupteur de ventilation sur la table (230V ou contact sec)
- Pédale de commande mitigeur pour évier
- Mitigeur douchette pour plaque de travail
- Pédale de commande mitigeur pour plaque de travail
- Jeu de 3 plaques lisses pour le travail sur biopsies
- *robinet de distribution de formol neuf :

Ce robinet est raccordé sur une pompe électrique (avec une membrane résistante au formol) actionnée par pédale, elle-même raccordée sur le bidon de formol neuf du client. (Débit variable de 0,5 à 1 litre par minute environ) Le robinet du distributeur de formol sera situé dans l'alignement du bac de récupération du formol usagé.

- *Alarme de niveau pour bidon de récupération du formol usagé.
- Jeu de 3 prises électriques 230V 16A dans le placard bas (**option obligatoire si l'une ou deux options avec une * sont sélectionnées**)

- Prise 230V/RJ45/IEE1394/USB à positionner sur la table à l'unité
- Etagère toute longueur dans l'enceinte ventilée (profondeur 150mm)
- Barre magnétique pour le rangement des outils de coupe dans l'enceinte ventilée à l'unité

Requis installation :

- Attente EC/EF 15/21 males avec vannes ¼ de tour
- Evacuations eaux usées PVC 50mm
- 1 prise électrique 230V 16A
- 2 Piquage en attente dans le faux plafond diamètre 250 mm avec 1100m³/h mini de dispo, pertes de la table 130Pa